



ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
г.Электросталь Московская область

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.ЭЛ.01.000.М.000829.01.03 от 24 января 2003 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

144000 г. Электросталь МО ул. К.Маркса, д. 25 .Салон «Дюна».

Парикмахерские, косметические, массажные, маникюрно-педикюрные услуги.

Отдел по реализации виноводочных изделий в магазине. Услуги торговли.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

144000 г. Электросталь МО ул. Октябрьская, д. 5, кв. 25. ПБОЮЛ Цимерман С.В.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г.

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

СП 981 – 72 «Санитарные требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования от 21.01.2003 г.

Замеры микроклимата и гамма-фона от 21.01.03 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
г. Электросталь Московская область

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.ЭЛ.01.000.М.001973. 02.05

07 февраля 2005 г.

ОТ

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

14400 г. Электросталь, МО, ул. К. Маркса, д. 25. . Салон «Дюна».

Медицинская деятельность: 01.011 – работы и услуги по специальности сестринское дело, 03.044 – работы и услуги по специальности физиотерапия, 06.037 – работы и услуги по специальности косметология.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

144000, г. Электросталь, МО, ул. К. Маркса, д.25. ООО «Дюна»

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Закон РФ № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” от 30.03.99 г., СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, и эксплуатации больниц, род. домов и других лечебных стационаров”, Р 3.1.683-98 СанПиН 2.1.7.728-99 “Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ”, МУ 3.5.736-99

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования 03.02.2004г.

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.09.06.000.M.000254.12.13 от 13.12.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности (согласно приложения).

Медицинский центр ООО "Дюна" по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 25. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Дюна": Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 25. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "ЦГЭМО" в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь №149 от 21.11.2013 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2496344





Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.09.06.000.М.000254.12.13 ОТ 13.12.2013 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности.

Медицинский центр ООО "Дюна" по адресу : Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 25.

Санитарно-эпидемиологическое заключение медицинскому центру ООО "Дюна" выдается в связи с расширением объема оказываемых медицинских услуг:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

гигиене в стоматологии;
стоматологии ортопедической;
стоматологии профилактической;
рентгенологии.

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

дерматовенерологии;
онкологии;
ортодонтии;
стоматологии детской;
стоматологии общей практики;
экспертизе временной нетрудоспособности;
рентгенологии.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.02.000.M.000697.12.18 от 07.12.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, согласно приложению.

ООО "Дюна"; Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 25., Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Дюна"; Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 25., Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)". СанПин 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 641-091 от 15.11.2018 года ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области". Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до 06.12.2023 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



О.М. Михайлова

№ 2985304

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.02.000.M.000697.12.18 от 07.12.2018 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения. ООО "Дюна"; Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 25.

Работы с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, по проведению рентгенологических исследований. Место проведения работ, состав помещений, вид и характеристика ИИИ, вид и характер работ, номинальный электрический режим:

Рентгеновский кабинет для стоматологических исследований размещается на первом этаже офисного здания, процедурная - 14,0 кв. м.:

- аппарат рентгеновский стоматологический Heliodent Plus зав. № 9230; выпуск - 2013 г., монтаж - 2013 г.;
- рентгенологические диагностические дентальные исследования; анодное напряжение - 70 кВ, рабочая нагрузка - 40 мА*мин/нед.
- ортопантограф Planmeca ProMax 3D зав. № NTR670535; выпуск - 2013 г., монтаж - 2013 г.; рентгенологические диагностические панорамные дентальные исследования; анодное напряжение - 90 кВ, рабочая нагрузка - 40 мА*мин/нед.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

